

Manuale di istruzioni

Radiometro UV Index **LPUVI02**



Members of GHM GROUP:

GREISINGER

HONSBERG

Martens

DeltaOHM

VAL.CO

www.deltaohm.com

Conservare per utilizzo futuro.

INDICE

1	INTRODUZIONE	3
2	PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO.....	4
3	INSTALLAZIONE	5
4	CONNESSIONI ELETTRICHE	8
	4.1 CONNESSIONI LPUVI02...AC.....	8
	4.2 CONNESSIONI LPUVI02...AV.....	9
5	ESECUZIONE DELLE MISURE.....	10
6	MANUTENZIONE	11
7	CARATTERISTICHE TECNICHE.....	12
8	ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA.....	13
9	CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI.....	14

1 INTRODUZIONE

Il radiometro **LPUVIO2** misura l'irradiazione globale efficace su una superficie piana, in accordo a quanto prescrive il WMO per la misura dell'UV index. L'irradiazione globale è la somma dell'irradiazione diretta del sole e dell'irradiazione diffusa dal cielo. Nella regione spettrale dell'ultravioletto, diversamente da quanto avviene nella porzione di luce visibile dove la componente diretta è prevalente sulla componente diffusa, la luce è fortemente diffusa dall'atmosfera e quindi le due componenti si equivalgono; è pertanto di primaria importanza che lo strumento sia in grado di misurare con precisione entrambe le componenti.

Il radiometro è disponibile nelle seguenti versioni:

Campo di misura 0...16 UV index

- **LPUVIO2AC:** uscita in corrente 4...20 mA
- **LPUVIO2AV:** uscita in tensione 0...10 V
- **LPUVIO2AV1:** uscita in tensione 0...1 V
- **LPUVIO2AV5:** uscita in tensione 0...5 V

Campo di misura 0...20 UV index

- **LPUVIO2.1AC:** uscita in corrente 4...20 mA
- **LPUVIO2.1AV:** uscita in tensione 0...10 V
- **LPUVIO2.1AV1:** uscita in tensione 0...1 V
- **LPUVIO2.1AV5:** uscita in tensione 0...5 V

Le versioni LPUVIO2.1... hanno un fondo scala di 20 UV index e sono indicate per la misura dell'indice UV in zone equatoriali e di alta montagna, dove l'UV index può superare per un tempo significativo il valore 11.

Lo strumento è costruito per operare per lunghi periodi senza manutenzione (se correttamente alimentato). Questa caratteristica ne fa uno strumento adatto ad essere utilizzato in stazioni meteorologiche remote.

LIMITI DI ESPOSIZIONE UV INDEX

UV index è un valore adimensionale calcolato a partire dall'irradiazione totale efficace E_{eff} (espresso in W/m^2) in accordo a quanto prescritto dal WMO:

$$UV_index = E_{eff} \times 40$$

La tabella seguente mostra i potenziali danni che le radiazioni solari ultraviolette possono causare alla pelle e agli occhi.

UV index	Esposizione	Protezioni necessarie
1, 2	Bassa	Non è necessaria alcuna protezione
3...5	Moderata	È richiesta un po' di protezione
6, 7	Alta	È richiesta protezione completa
8...10	Molto alta	È richiesta protezione supplementare
> 10	Estrema	Evitare l'esposizione

2 PRINCIPIO DI FUNZIONAMENTO

Il radiometro LPUVI02 si basa su un sensore a stato solido la cui risposta spettrale è stata adattata a quella della curva di ponderazione UV (CIE, Erythema action curve). Nella figura 2.1 è riportato il confronto tra la risposta spettrale di LPUVI02 e la curva di azione UV (eritema).




Fig. 2.1

Il radiometro è provvisto di una cupola in quarzo al fine di garantire una adeguata protezione del sensore agli agenti atmosferici.

La risposta secondo la legge del coseno è stata ottenuta grazie all'utilizzo di un materiale con eccellenti proprietà di diffusione e trasparenza all'ultravioletto. Lo scostamento tra risposta teorica e quella misurata è riportato nella figura 2.2.




Fig. 2.2

L'ottimo accordo tra la risposta di LPUVI02 e la legge del coseno (errore $f_2 < 3.5\%$) permette di utilizzare lo strumento anche quando il sole ha un'elevazione molto bassa (la componente diffusa della luce solare ultravioletta aumenta man mano che il sole si allontana dallo zenith, pertanto l'errore sulla componente diretta dovuto alla non perfetta risposta secondo la legge del coseno diventa trascurabile sulla misura della radiazione globale).

3 INSTALLAZIONE

Prima dell'installazione del radiometro si deve caricare la cartuccia che contiene i cristalli di silica-gel. Il silica gel ha la funzione di assorbire l'umidità nella camera della cupola, umidità che in particolari condizioni climatiche può portare alla formazione di condensa sulla parete interna della cupola alterando la misura.

Durante il caricamento dei cristalli di silica-gel si deve evitare di bagnarli o toccarli con le mani. Le operazioni da eseguire in un luogo secco (per quanto possibile) sono:

1. Svitare le tre viti che fissano lo schermo bianco.
2. Svitare la cartuccia porta silica-gel con una moneta.
3. Rimuovere il tappo forato della cartuccia.
4. Aprire la busta che contiene il silica-gel (in dotazione al radiometro).
5. Riempire la cartuccia con i cristalli di silica-gel.
6. Richiudere la cartuccia con il proprio tappo, assicurandosi che l'O-ring di tenuta sia posizionato correttamente.
7. Avvitare la cartuccia al corpo del radiometro con una moneta.
8. Assicurarsi che la cartuccia sia ben avvitata (in caso contrario la durata dei cristalli di silica-gel si riduce).
9. Posizionare lo schermo e avvitarlo con le viti.
10. Il radiometro è pronto per essere utilizzato.

Nella figura seguente sono illustrate le operazioni necessarie al caricamento della cartuccia con i cristalli di silica-gel.




Fig. 3.1: riempimento della cartuccia porta silica-gel

- Il radiometro va installato in una postazione facilmente raggiungibile per una periodica pulizia della cupola esterna e per la manutenzione. Allo stesso tempo si dovrebbe evitare che costruzioni, alberi od ostacoli di qualsiasi tipo superino il piano orizzontale su cui giace il radiometro. Nel caso questo non sia possibile è raccomandabile scegliere una posizione in cui gli ostacoli presenti sul percorso del sole dall'alba al tramonto siano inferiori a 5°
- Il radiometro va posto lontano da ogni tipo di ostacolo che possa proiettare il riflesso del sole (o la sua ombra) sul radiometro stesso.
- Per il fissaggio si possono utilizzare i fori presenti sul corpo del radiometro (per accedere ai fori rimuovere lo schermo e riposizionarlo a montaggio ultimato) o gli opportuni accessori (si vedano le figure successive). Per un accurato posizionamento orizzontale, il radiometro è dotato di livella a bolla: la regolazione avviene mediante le due viti con ghiera di registrazione che permettono di variare l'inclinazione del radiometro. L'altezza del palo di sostegno non deve superare il piano del radiometro, per non introdurre errori di misura causati da riflessi e ombre provocate dal palo.
- È preferibile isolare termicamente il radiometro dal suo supporto assicurandosi, al tempo stesso, che ci sia un buon contatto elettrico verso terra.




Fig. 3.2: fori di fissaggio e livella a bolla





Fig. 3.3: accessori di fissaggio

4 CONNESSIONI ELETTRICHE

LPUVI02 ha un connettore a 4 poli e usa i **cavi opzionali CPM12AA4...**



Il contenitore metallico del radiometro deve preferibilmente essere messo a terra (\perp) localmente. In questo caso, non collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore per evitare anelli di massa (ground loops).

Solo se non è possibile mettere a terra localmente il contenitore metallico del radiometro, collegare il filo del cavo corrispondente al contenitore a terra. Nota: in LPUVI02...AV... il contenitore non è collegato al connettore.

4.1 CONNESSIONI LPUVI02...AC

Il radiometro LPUVI02...AC ha uscita **4...20 mA** e richiede alimentazione esterna **8...30 Vdc**. Va connesso a un alimentatore e a uno strumento con ingresso 4...20 mA secondo lo schema in fig. 4.1. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere $\leq 500 \Omega$.

Connettore	Funzione	Colore
1	Positivo (Iin)	Rosso
2	Negativo (Iout)	Blu
3	Contenitore (C)	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero




Fig. 4.1: connessioni LPUVI02...AC

4.2 CONNESSIONI LPUVIO2...AV...

Il radiometro LPUVIO2...AV... ha uscita **0...1 V**, **0...5 V** o **0...10 V** (a seconda dell'uscita ordinata) e richiede alimentazione esterna: **8...30 Vdc** per le uscite 0...1 V e 0...5 V, **15...30 Vdc** per l'uscita 0...10 V. Va connesso a un alimentatore e a uno strumento con ingresso in tensione secondo lo schema in fig. 4.2. La resistenza di carico dello strumento di lettura del segnale deve essere $\geq 100 \text{ k}\Omega$.

Connettore	Funzione	Colore
1	Positivo uscita (+Vout)	Rosso
2	Negativo uscita Negativo alimentazione (GND)	Blu
3	Positivo alimentazione (+Vdc)	Bianco
4	Calza del cavo (SH)	Nero




Fig. 4.2: connessioni LPUVIO2...AV...

5 ESECUZIONE DELLE MISURE

LPUVI02AC

Il segnale di uscita 4...20 mA corrisponde al range 0...16 UV Index.

Il valore di UV Index si ottiene misurando con un multimetro la corrente I_{out} assorbita dal sensore, espressa in mA, e applicando la seguente formula:

$$UV\ Index = (I_{out} - 4)$$

LPUVI02.1AC

Il segnale di uscita 4...20 mA corrisponde al range 0...20 UV Index.

Il valore di UV Index si ottiene misurando con un multimetro la corrente I_{out} assorbita dal sensore, espressa in mA, e applicando la seguente formula:

$$UV\ Index = 1,25 \times (I_{out} - 4)$$

LPUVI02AV...

Il segnale di uscita (0...1 V, 0...5 V o 0...10 V a seconda del modello) corrisponde al range 0...16 UV Index.

Il valore di UV Index si ottiene misurando con un multimetro la tensione di uscita V_{out} del sensore, espressa in V, e applicando la seguente formula:

$$UV\ Index = 16 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...1 V}$$

$$UV\ Index = 3,2 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...5 V}$$

$$UV\ Index = 1,6 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...10 V}$$

LPUVI02.1AV...

Il segnale di uscita (0...1 V, 0...5 V o 0...10 V a seconda del modello) corrisponde al range 0...20 UV Index.

Il valore di UV Index si ottiene misurando con un multimetro la tensione di uscita V_{out} del sensore, espressa in V, e applicando la seguente formula:

$$UV\ Index = 20 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...1 V}$$

$$UV\ Index = 4 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...5 V}$$

$$UV\ Index = 2 \times V_{out} \quad \text{per la versione 0...10 V}$$

6 MANUTENZIONE

Al fine di garantire una elevata precisione delle misure è necessario che la cupola esterna sia mantenuta sempre pulita. Pertanto, maggiore sarà la frequenza di pulizia della cupola, migliore sarà la precisione delle misure.

La pulizia può essere eseguita con normali cartine per la pulizia di obiettivi fotografici e con acqua. Se non fosse sufficiente, usare Alcol ETILICO puro. Dopo la pulizia con l'alcol è necessario pulire nuovamente la cupola con solo acqua.

A causa degli elevati sbalzi termici tra il giorno e la notte è possibile che sulle cupole del radiometro si formi della condensa; in questo caso la lettura eseguita è fortemente sovrastimata. Per minimizzare la formazione di condensa, all'interno del radiometro è inserita un'apposita cartuccia con materiale assorbente (silica-gel). L'efficienza dei cristalli di silica-gel diminuisce nel tempo con l'assorbimento di umidità. Quando i cristalli di silica-gel sono efficienti, il colore è **giallo**, mentre man mano che perdono di efficienza il colore diventa **bianco/trasparente**. Per sostituire i cristalli di silica-gel vedere le istruzioni al capitolo 3. Tipicamente la durata del silica-gel varia da 2 a 6 mesi a seconda delle condizioni ambientali in cui opera il radiometro.

Per poter sfruttare appieno le caratteristiche del radiometro, è consigliabile eseguire la verifica della taratura con frequenza annuale.

7 CARATTERISTICHE TECNICHE

Campo di misura	0...16 UV Index (LPUVI02AC / AV...) 0...20 UV Index (LPUVI02.1AC / AV...)
Campo di vista	2π sr
Campo spettrale	In accordo alla curva di ponderazione UV
Tempo di risposta	<0,5 s (95%)
Uscita	LPUVI02AC = 4...20 mA LPUVI02AV... = 0...1, 0...5, 0...10 V (a seconda del modello)
Alimentazione	8...30 Vdc (15...30 Vdc solo per l'uscita 0...10 V)
Temperatura operativa	-40 °C...+80 °C
Risposta come legge del coseno	< 8 % (tra 0° e 80°)
Instabilità a lungo termine (1 anno)	< ±3 %
Non linearità	< ±1 %
Risposta in temperatura	< 0,1%/°C
Peso	900 g ca.

8 ISTRUZIONI PER LA SICUREZZA

Istruzioni generali per la sicurezza

Lo strumento è stato costruito e testato in conformità alla norma di sicurezza EN61010-1:2010 "Prescrizioni di sicurezza per apparecchi elettrici di misura, controllo e per utilizzo in laboratorio", e ha lasciato la fabbrica in perfette condizioni tecniche di sicurezza.

Il regolare funzionamento e la sicurezza operativa dello strumento possono essere garantiti solo se vengono osservate tutte le normali misure di sicurezza come pure quelle specifiche descritte in questo manuale operativo.

Non utilizzare lo strumento in luoghi ove siano presenti:

- Gas corrosivi o infiammabili.
- Vibrazioni dirette od urti allo strumento.
- Campi elettromagnetici di intensità elevata, elettricità statica.

Obblighi dell'utilizzatore

L'utilizzatore dello strumento deve assicurarsi che siano osservate le seguenti norme e direttive riguardanti il trattamento con materiali pericolosi:

- Direttive CEE per la sicurezza sul lavoro.
- Norme di legge nazionali per la sicurezza sul lavoro.
- Regolamentazioni antinfortunistiche.

9 CODICI DI ORDINAZIONE ACCESSORI

Il radiometro viene fornito con schermo di protezione, cartuccia per i cristalli di silica-gel, 2 ricariche, livella per la messa in piano, connettore M12 e Rapporto di Taratura.

Accessori

CPM12AA4...	Cavo con connettore M12 a 4 poli da un lato, fili aperti dall'altro. Lunghezza 2 m (CPM12AA4.2), 5 m (CPM12AA4.5) o 10 m (CPM12AA4.10).
LPS1	Staffa di fissaggio, adatta a palo con diametro 40...50 mm. Installazione su palo orizzontale o verticale.
LPSP1	Schermo di protezione (ricambio).
LPSG	Cartuccia per contenere i cristalli di silica-gel completa di O-ring e tappo (ricambio).
LPG	Confezione da 5 ricariche di cristalli di silica-gel.
LPS6	Kit per l'installazione del radiometro, composto da: palo da 750 mm, raccordo di base, piastra di supporto graduata, staffa per radiometro.
LPRING02	Base con livella e supporto orientabile per il montaggio del piranometro in posizione inclinata.

I laboratori metrologici LAT N° 124 di Delta OHM sono accreditati ISO/IEC 17025 da ACCREDIA in Temperatura, Umidità, Pressione, Fotometria/Radiometria, Acustica e Velocità dell'aria. Possono fornire certificati di taratura per le grandezze accreditate.



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE
EU DECLARATION OF CONFORMITY

Delta Ohm S.r.L. a socio unico – Via Marconi 5 – 35030 Caselle di Selvazzano – Padova – ITALY

Documento Nr. / Mese.Anno: **5189 / 07.2019**
Document-No. / Month.Year :

Si dichiara con la presente, in qualità di produttore e sotto la propria responsabilità esclusiva, che i seguenti prodotti sono conformi ai requisiti di protezione definiti nelle direttive del Consiglio Europeo:
We declare as manufacturer herewith under our sole responsibility that the following products are in compliance with the protection requirements defined in the European Council directives:

Codice prodotto:
Product identifier : **LPUVI02...**

Descrizione prodotto:
Product description : **Radiometro UV Index**
UV Index radiometer

I prodotti sono conformi alle seguenti Direttive Europee:
The products conform to following European Directives:

Direttive / Directives	
2014/30/EU	Direttiva EMC / EMC Directive
2014/35/EU	Direttiva bassa tensione / Low Voltage Directive
2011/65/EU - 2015/863/EU	RoHS / RoHS

Norme armonizzate applicate o riferimento a specifiche tecniche:
Applied harmonized standards or mentioned technical specifications:

Norme armonizzate / Harmonized standards	
EN 61010-1:2010	Requisiti di sicurezza elettrica / Electrical safety requirements
EN 61326-1:2013	Requisiti EMC / EMC requirements
EN 50581:2012	RoHS / RoHS

Il produttore è responsabile per la dichiarazione rilasciata da:
The manufacturer is responsible for the declaration released by:

Johannes Overhues

Amministratore delegato
Chief Executive Officer

Caselle di Selvazzano, 19/07/2019

Questa dichiarazione certifica l'accordo con la legislazione armonizzata menzionata, non costituisce tuttavia garanzia delle caratteristiche.
This declaration certifies the agreement with the harmonization legislation mentioned, contained however no warranty of characteristics.


GARANZIA

Delta OHM è tenuta a rispondere alla "garanzia di fabbrica" solo nei casi previsti dal Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206. Ogni strumento viene venduto dopo rigorosi controlli; se viene riscontrato un qualsiasi difetto di fabbricazione è necessario contattare il distributore presso il quale lo strumento è stato acquistato. Durante il periodo di garanzia (24 mesi dalla data della fattura) tutti i difetti di fabbricazione riscontrati sono riparati gratuitamente. Sono esclusi l'uso improprio, l'usura, l'incuria, la mancata o inefficiente manutenzione, il furto e i danni durante il trasporto. La garanzia non si applica se sul prodotto vengono riscontrate modifiche, manomissioni o riparazioni non autorizzate. Soluzioni, sonde, elettrodi e microfoni non sono garantiti in quanto l'uso improprio, anche solo per pochi minuti, può causare danni irreparabili. Delta OHM ripara i prodotti che presentano difetti di costruzione nel rispetto dei termini e delle condizioni di garanzia inclusi nel manuale del prodotto. Per qualsiasi controversia è competente il foro di Padova. Si applicano la legge italiana e la "Convenzione sui contratti per la vendita internazionale di merci".

INFORMAZIONI TECNICHE

Il livello qualitativo dei nostri strumenti è il risultato di una continua evoluzione del prodotto. Questo può comportare delle differenze fra quanto riportato nel manuale e lo strumento che avete acquistato. In caso di difformità e/o incongruenze scrivere a sales@deltaohm.com. Delta OHM si riserva il diritto di modificare senza preavviso specifiche tecniche e dimensioni per adattare alle esigenze del prodotto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO



Le apparecchiature elettriche ed elettroniche con apposto specifico simbolo in conformità alla Direttiva 2012/19/UE devono essere smaltite separatamente dai rifiuti domestici. Gli utilizzatori europei hanno la possibilità di consegnarle al Distributore o al Produttore all'atto dell'acquisto di una nuova apparecchiatura elettrica ed elettronica, oppure presso un punto di raccolta RAEE designato dalle autorità locali. Lo smaltimento illecito è punito dalla legge.

Smaltire le apparecchiature elettriche ed elettroniche separandole dai normali rifiuti aiuta a preservare le risorse naturali e consente di riciclare i materiali nel rispetto dell'ambiente senza rischi per la salute delle persone.



V1.0
08/2022